

Dot. przetargu nieograniczonego na:

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych do Punktu informacyjno-szkoleniowego dla osób niepełnosprawnych oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

W związku z otrzymanymi w dniach 08 - 09.09.2009 r. zapytaniem dotyczącym przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela wyjaśnień na postawione pytania, które brzmią jak poniżej:

Zapytania Nr 1 do SIWZ

I. Dotyczy pozycji nr 1 – materac przeciwoleżynowy pneumatyczny

1. Czy Zamawiający dopuści 6 minutowy czas pełnego cyklu?
2. W związku z wymogiem zaoferowania pompy z regulacją ciśnienia zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga by pompa posiadała płynną regulację ciśnienia w zakresie od 35 do 80 mmHG?
3. Czy Zamawiający wymaga by zaoferowana pompa posiadała instrukcje obsługi w języku polskim na obudowie?

II. Dotyczy pozycji nr 4 – łóżko rehabilitacyjne

1. Czy zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne posiadające poniższe parametry:

- Długość zewnętrzna 2140mm
- Szerokość zewnętrzna 1035mm
- Wysokość przy szczycie łóżka w wersji opuszczonej 950mm
- Najniższe/najwyższe położenie 400/800mm
- Długość leża 2000mm
- Szerokość leża 890mm
- Wysokość podnoszenia 400mm
- Prześwit pod łóżkiem 280mm pod poręczami, 170mm pod kółkami
- Maksymalne obciążenie 180-190 kg
- Regulacja wysokości i wszystkich segmentów na pilota
- Obudowa drewniana oraz z płyty meblowej
- Wysięgnik i barierki w wyposażeniu
- Leże metalowe - siatka

III. Dotyczy: Pozycji nr 8 balkonik czterokołowy

1. Czy Zamawiający dopuści balkonik czterokołowy posiadający poniższe parametry:

- Składany, lekki wykonany ze stali stopowej
- Wysokość regulowana od 780 do 940 mm
- Szerokość 580 mm
- Ręczne hamulce oraz zdejmowany koszyk
- Sztywne, mocne siedzisko

- Wyposażony w 4 koła
- Maksymalne obciążenie 120 kg

IV. Dotyczy pozycji nr 9 – balkonik kroczący

Czy Zamawiający dopuści balkonik kroczący posiadający regulację wysokości w zakresie od 77-95 cm, oraz szerokość 60 cm?

V. Dotyczy pozycji nr 10 – chodzik 3-kołowy

Czy Zamawiający dopuści chodzik 3 kołowy posiadający obciążenie maksymalne 114 kg. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

VI. Dotyczy pozycji nr 11 – toaleta przenośna-krzesło sedesowe

Czy Zamawiający dopuści toaletę przenośną z regulacją wysokości od 46-64 cm, posiadającą siedzisko pokryte materiałem zmywalnym?

VII. Dotyczy pozycji nr 16 – wózek prysznicowo-toaletowy

1. Czy Zamawiający dopuści wózek prysznicowo-toaletowy posiadający zamiast poduszki do siedzenia, siedzisko anatomiczne, wyściełane?
2. Czy Zamawiający dopuści wózek prysznicowo-toaletowy wyposażony w odchylane nie ściągane podnóżki?

VIII> Dotyczy pozycji nr 18 – krzesło prysznicowe

Czy Zamawiający dopuści krzesło prysznicowe obrotowe?
Pozostałe wymiary oraz parametry zgodnie z SIWZ.

IX> Dotyczy pozycji nr 22 – rotor kończyn górnych i dolnych

Czy Zamawiający dopuści rotor kończyn górnych i dolnych wykonany ze stali chromowanej?

X. Dotyczy pozycji nr 27 – pionizator dla dorosłych i dzieci

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pionizatora posiadającego szerokość leża 600mm?

XI. Dotyczy pozycji nr 59 – materac korekcyjny

1. Czy Zamawiający pisząc powlekana tkanina ma na myśli materiał zmywalny?

Zapytania Nr 2do SIWZ

ZAPYTANIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych do Punktu Informacyjno- Szkoleniowego dla osób niepełnosprawnych oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Znak: PUŚ.I.0341-1-27/09

Pytanie 1: dotyczy przedmiotu zamówienia:

- o Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z oferty i stworzenie możliwości składania ofert częściowych dla niżej wymienionego sprzętu:

1. Materac przeciwoleżynowy pneumatyczny- 20 szt.
2. Wózek inwalidzki- 10 szt.
3. Wózek inwalidzki- 2 szt.
4. Balkonik 2- kołowy- 6 szt.
5. Balkonik 4- kołowy- 3 szt.
6. Balkonik kroczący- 5 szt.
7. Chodzik/ balkonik 3- kołowy- 4 szt.
8. Toaleta przenośna/ Krzesło sedesowe- 4 szt.
9. Wózek inwalidzki toaletowy- 1 szt.

Zmiana ta pozwoli naszej Firmie na złożenie konkurencyjnej oferty.

Pytanie 2: dotyczy wzoru umowy:

- o Prosimy o wyjaśnienie zapisu § 7 ust. 4 umowy: „W przypadku stwierdzenia wady przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego dokonać wymiany wadliwego sprzętu lub urządzeń na wolne od wad, pod rygorem wstrzymania się Zamawiającego z zapłatą za przedmiot zamówienia.”
- Czy Zamawiający w w/w sformułowaniu ma na myśli stwierdzenie wad przedmiotu zamówienia wykrytych przy dostawie sprzętu czy też wykrycie wad w trakcie użytkowania sprzętu?
- Czy w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że sformułowanie: „stwierdzenie wady przedmiotu umowy” dotyczy sytuacji wykrycia ich w trakcie użytkowania sprzętu czy zgodzi się na modyfikację § 7 ust. 2 wzoru umowy tj.: „ W przypadku stwierdzenia wady przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego podjąć niezbędne działania zmierzające do naprawy wadliwego przedmiotu umowy, pod rygorem wstrzymania się Zamawiającego z zapłatą za przedmiot umowy.”

Zapytania Nr 3do SIWZ

Poz. 9 – balkonik kroczący :

Czy Zamawiający dopuści balkonik o regulacji wysokości 81-99cm, szerokości 59cm?

Poz. 10 – chodzik/balkonik 3-kołowy:

Czy Zamawiający dopuści balkonik o szerokości 68cm, regulacji wysokości 82-97cm z max. obciążeniem 100kg, z hamulacmi, bez amortyzatorów?

Poz. 34 - poduszki p/odleżynowe:

Czy Zamawiający dopuści poduszki o wymiarach 39x39x8?

Poz. 38 – krążek pod pośladki :

Jaki rozmiar krążka wymaga Zamawiający?

Poz. 39 – krążek pod pięty:

Jaki rozmiar krążka wymaga Zamawiający?

Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie, wyjaśnia się, co następuje:

Odpowiedzi do zapytania nr 1 do SIWZ

Ad. I.1 – tak

Ad. I.2 – dopuszcza się taki zakres regulacji

Ad. I.3 – tak

Ad.II.1 – tak

Ad.III dot poz.8 – dopuszcza się wysokość i szerokość jak w pytaniu, Nie dopuszcza się braku amortyzatorów

Ad.IV dot. poz.9 – tak

Ad.V. dot poz.10 – tak

Ad.VI.dot poz. 11- co do regulacji wysokości - tak, co do siedziska – nie

Ad.VII dot. poz. 16 pyt.1 – tak, pyt. 2 – tak

Ad.VIII dot. poz.18 – tak

Ad.IX dot. poz. 22 – tak

Ad.X. dot. poz. 27 – nie

Odpowiedzi do zapytania nr 2 do SIWZ

Ad. 1 Zamawiający w ogłoszeniu do przetargu nie dopuścił składania ofert częściowych a zatem odpowiedź na pyt. nr 1 - nie

Ad.2 Zapis § 7 ust.4 umowy dotyczy wad wykrytych w momencie dostawy sprzętu. Zmiana zapisu § 7 ust.2 wzoru umowy nie będzie modyfikowana.

Odpowiedzi do zapytania nr.3 do SIWZ

Ad.1 dot. poz.9 – tak

Ad.2 dot. poz. 10 – o szerokości i wysokości jak w zapytaniu – tak, brak amortyzatorów – nie.

Ad. 3 dot. poz. 34 – nie dopuszcza się poduszek o mniejszych wymiarach, o większych tak.

Ad.4 dot. poz. 38 – wymagany rozmiar krążka – 40 cm.

Ad. 5 dot. poz. 39 – wymagane rozmiary krążków: 2 szt. – 15 cm, 2szt - 20 cm.